

6º Bloco de Esclarecimentos

Edital de Concorrência Pública N.º 008/2010

“Concessão Administrativa para realização de serviços e obras de engenharia e serviços de apoio não assistenciais à gestão e operação do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte”

1	EQ 0098 Especificação 30	O edital solicita monitor de transporte, sendo assim qual a necessidade desse equipamento possuir tela mínima de 12 polegadas, o que o torna mais pesado (peso médio de 8 Kg), ficando impróprio para transporte? Não seria viável solicitar monitor de transporte com tela mínima de 8 polegadas (peso médio 4 kg)?	Os equipamentos descritos nos documentos técnicos do edital foram definidos por equipe de engenheiros clínicos e especialistas na área de saúde. A opção de monitores de 12 polegadas para transporte foi adotada pela equipe com base na possibilidade de utilizá-los em leitos, quando necessários além do uso no transporte. Lembre-se que o concessionário deverá seguir as diretrizes estabelecidas no item 2 do Anexo 9 do edital onde estão detalhados todos os procedimentos para elaboração do caderno de especificações de equipamentos e seu procedimento de homologação.
---	--------------------------------	--	--